

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Самарской области» (ФБУ «Самарский ЦСМ»)
443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 134

Аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.311429 от 25.11.2015 об аккредитации в области обеспечения единства измерений
и официальном признании компетентности выполнения работы по поверке средств измерений в соответствии с Областью аккредитации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 008266 /286009-2016

Действительно до 25 февраля 2017 г.

Средство измерений Мультиметры цифровые APPA-305
*наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений
В Госреестре №20088-05*

*(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков,
то приводится их перечень и заводские номера)*
отсутствует

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) 74201837

поверено в соответствии с описанием типа
*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений
(если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с Документом «Мультиметры цифровые APPA-301, APPA-303,
APPA-305 Методика поверки» 71-10437-2МП.
наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: калибратор универсальный Fluke 9100E №115260515
*наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии),
рег. №3.1.ЗБЯ.0789.2013 2р. 11.03.2015.*

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке)
при следующих значениях влияющих факторов: Напряжение питающей сети 220,3 В; частота 50,1 Гц;
приводится перечень влияющих факторов,
температура окр. ср. 22 °С, отн. влажность воздуха 48 %, атм. давление 760 мм рт. ст./101 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению.

Знак поверки



Начальник отдела
Должность руководителя
подразделения
Поверитель

подпись

подпись

Н.В. Мартынов
инициалы, фамилия

Г. Р. Ремизова
инициалы, фамилия

Дата поверки 25 февраля 2016 г.