

Таблица

Но- мер меры	Диапазон частот	Предельные резонансные частоты (пФ)	Предельная добротность Q (ед.)	Примечание
1	50 кГц	80 - 120	40-90	
2	50-100 кГц	360 - 440	110-250	
3	250-350 кГц	360 - 440	110-250	
4	750-1000 кГц	360 - 440	40-90	
5	1-3 МГц	80 - 120	110-250	
6	1-3 МГц	80 - 120	200-280	
7	1-3 МГц	40 - 80	20-28	
8	10 МГц	40 - 80	200-280	
9	33 МГц	40 - 80	400-600	
10	10 МГц	40 - 440	110-280	$\Delta Q = \pm(15-25 \text{ед.})$
11	10-15 МГц	40 - 440	330-450	$\Delta Q = \pm(15-25 \text{ед.})$

Примечание. Погрешность образцовых мер по добротности должны обеспечивать не менее, чем двухкратный запас относительно допустимой погрешности прибора в проверяемых точках.

Приложение 2

Технические данные комплекта катушек индуктивности L-0370-2

Таблица

Номер катушек	Диапазон частот	Предельная добротность Q (ед.)	Предельные резонансные частоты (пФ)	Индуктивность	Собственная частота Co (пФ)
1	50-80 кГц	63-90	350-130	30 мГ	8,6±2,5
2	80-140 кГц	140-170	360-110	12 мГ	10,0±2,5
3	140-240 кГц	180-195	330-105	4,3 мГ	11,0±2,5
4	240-440 кГц	200-210	410-115	1,15 мГ	9,5±2,5
5	440-700 кГц	190-205	420-160	330 мкГ	8,5±2,5
6	0,7-1,3 МГц	190-220	410-110	135 мкГ	7,0±2,0
7	1,3-3,0 МГц	170-210	400-70	6040 мкГ	7,0±2,0
8	3,0-5,0 МГц	200-220	210-70	13,5 мкГ	6,0±2,0
9	5,0-8,0 МГц	200-210	170-65	6,5 мкГ	5,8±2,0
10	8,0-14 МГц	295-400	255-80	1,6 мкГ	5,3±1,5
11	14-24 МГц	350-400	130-40	0,85 мкГ	4,0±1,5
12	24-35 МГц	370-420	80-35	0,55 мкГ	3,5±1,5

Примечание. Величины добротностей, резонансных емкостей, индуктивностей катушек индуктивности гарантируются в пределах ±20% от измеряемых величин.